

第64回技能五輪全国大会「旋盤」二次予選会 Q&A

No	質問	回答
1	旋盤職種の計測器でシリンダーゲージが2組とありますが測定子の変更は可能でしょうか？ 競技中にサイズが違う測定子に交換可能でしょうか？	測定子の交換は問題ありません。 ただし、競技時リングゲージの持ち込みはできませんので、ご注意ください。 工具展開の時間までは使用可能です。 (持参工具説明 1/5項 注5参照)